

BASICLIFESUPPORT 2021

1 PRÜFEN

- Ansprechen
- Berühren
- Sanftes Schütteln an den Schultern



2 ATEMWEGE ÖFFNEN



3 ATEMWEG KONTROLLIEREN

Sehen, Hören, Fühlen
maximal 10 Sekunden

4 NOTRUF 144

5 + 9

30x HERZDRUCKMASSAGE UND 2x BEATMUNG

Falls Sie nicht trainiert oder im Stande sind zu beatmen, führen Sie (nur) die Thoraxkompressionen fort.
(100 -120x pro Minute)



DEFIBRILLATOR EINSETZEN

6 GERÄT EINSCHALTEN



Den Anweisungen des Geräts folgen

7 ELEKTRODEN AUFKLEBEN



8 SCHOCK ABGEBEN

Patienten nicht
berühren, wenn
ein Schock
abgegeben wird!



Stefan Koloszar
Geschäftsführer
s.koloszar@koloszar.at



Marco Sodomka
Prokurist & Vertriebsleiter
m.sodomka@koloszar.at

Koloszar Medizintechnik GmbH
Siegfried Theiss-Straße 11
2700 Wiener Neustadt

+43 26 22 86 101 DW 21
www.koloszar.at
office@koloszar.at